

ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Згідно положень ISO /IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних і калібрувальних лабораторій», п. 7.1.3 та 7.8.6 виробничо – технологічна лабораторія ТОВ СП «НІБУЛОН» проводить оцінку відповідності наданих на випробування зразків вимогам нормативних документів на продукцію з урахуванням невизначеності результатів випробувань із застосуванням наступного правила:

1. Якщо інтервал невизначеності для результату випробування міститься всередині області допустимих значень, відповідність вимогам може бути гарантована (висновок – відповідає заданим вимогам);
2. Якщо інтервал невизначеності для результату випробування повністю міститься в області недопустимих значень, можливо гарантовано робити висновок про не відповідність вимогам (висновок – не відповідає заданим вимогам);
3. Якщо інтервал невизначеності для результату випробування містить граничне значення, оцінка відповідності не дає змоги беззаперечно стверджувати, що отримане значення відповідає або не відповідає заданим вимогам (висновок – результат є неостаточним)

Правило відповідає вимогам ДСТУ ISO /IEC 10576-1:2006 «Статистичні методи. Настанова щодо оцінювання відповідності заданим вимогам.

Частина 1. Загальні положення. (ISO /IEC 10576-1:2003, IDT)»

Заявка на укладання договору про надання послуг, у разі наявності вимог замовника про необхідність надання лабораторією в протоколі випробування заяв про відповідність зразків продукції вимогам нормативних документів, приймається лабораторією за згодою замовника на використання зазначеного вище правила.